


# Kontrolle des Aufbaues der Orthese am Patienten – dynamisch



Wenn diese Frage mit Nein beantwortet wird, sind weitere Einstellungen notwendig. Diese sollten immer auf der Werkbank erfolgen, nicht mit angelegter Orthese!



Weitere Informationen finden Sie in den Online-Tutorials.  
[www.fior-gentz.de/online-tutorials](http://www.fior-gentz.de/online-tutorials)